# 登封市2020年防疫应急保障设备结余资金采购项目

# 竞争性谈判文件

采购编号：登封采购-2020-1529

方大咨询
FANGDA CONSULTING

采　购　人：　登封市发展和改革委员会

采购代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

日　　期：　二零二零年十二月

# 目　　录

**第一章 竞争性谈判公告 ..... 2**

**第二章 谈判须知前附表 ..... 7**

一、总则 ..... 8

二、谈 判 文 件 ..... 8

三、响应文件的编制 ..... 10

四、响应文件的递交 ..... 10

五、谈判和确定 ..... 12

六、授予合同 ..... 15

七、其他 ..... 16

**第三章　合同条款及格式 ..... 17**

**第四章　工程量清单 ..... 17**

**第五章　技术标准和要求 ..... 22**

**第六章　响应文件格式 ..... 37**



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层　电话：0371—86120855
邮箱：hnfdgl@163.com　网址：www.hnfdgl.com

# 第一章　竞争性谈判公告

# 登封市2020年防疫应急保障设备结余资金采购项目竞争性谈判公告

项目概况

登封市 2020 年防疫应急保障设备结余资金采购项目的潜在供应商应在登封市公共资源交易中心网站获取谈判文件，并于2020年12月19日08点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：登封采购-2020-1529

2.项目名称：登封市2020年防疫应急保障设备结余资金采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：1306940.00元

5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）资金来源：财政资金

（2）标包划分：共分为1个标段

（3）质量：合格

（4）技术需求：详见采购文件

6.供货期限：合同签订后十个工作日内

## 二、响应人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话：0371—86120855 邮箱：hnfdgl@163.com 网址：www.hnfdgl.com

小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等；

3.本项目的特定资格要求：

(1)供应商须具备有效的营业执照,能满足合同规定的配送、销售和服务要求；具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面具备相应的技术能力；

（2）供应商须具有有效的《医疗器械经营企业许可证》；

（3）供应商须提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次采购活动；

注：本次招标实行资格后审，供应商应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对供应商的资格做最终认定，资格审查的具体要求见采购文件。资格后审不符合项目资格条件的供应商的投标将按废标处理。

## 三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2020年12月16日00时00分至2020年12月18日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点:登封市公共资源交易中心网站：http://www.dfggz



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话：0371—86120855 邮箱：hnfdgl@163.com 网址：www.hnfdgl.com

yjy.com

3.方式:凡有意参加投标者,应首先完成交易主体身份注册,并办理CA数字证书及电子签章(具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源中心交易主体CA办理指南 》),然后凭领取的企业身份认证锁(CA密钥),办理诚信库入库登记。

然后登录“登封市公共资源交易中心网站”下载谈判文件,谈判文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准,采购人不再提供纸质谈判文件。响应人未按规定在网上下载电子谈判文件的,其投标将被拒绝。

4.售价:0元

## 四、响应文件提交

1.时间:2020年12月19日上午08:30分(北京时间)

2.地点:登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

## 五、响应文件的开启

时间:2020年12月19日上午08:30分(北京时间)

地点:登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

## 六、公告发布媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《登封市政府采购网》上发布。公告期限为三个工作日。

## 七、其他补充事宜



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址:郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话:0371—86120855 邮箱:hnfdgl@163.com 网址:www.hnfdgl.com

获取竞争性谈判文件后，响应人请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的响应文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本响应文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子响应文件；

本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性谈判文件确定的响应截止时间前，登录远程开标大厅（http://www.dfggzyjy.com/BidOpening/），在线准时参加开标活动，在开标前1小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，响应人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

响应人制作响应文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由响应人自行承担。

请响应人务必按照《不见面开标大厅操作手册（响应人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由响应人自行承担。

加密版响应文件逾期上传或未及时登录交易大厅并解密，采购人或其招标代理机构不予受理。

## 八、凡对本次招标提出疑问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：登封市发展和改革委员会

地址：登封市颍河路东段中禾广场A座5层

联系人：刘先生



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话：0371—86120855 邮箱：hnfdgl@163.com 网址：www.hnfdgl.com

联系方式：0371—56512366

2.采购代理机构信息

名称：方大国际工程咨询股份有限公司

地址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层

联系人：杨先生

联系方式：0371—62896108

邮箱：hnfddfxmb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：杨先生

联系方式：0371—62896108

发布人：方大国际工程咨询股份有限公司

发布时间：2020年12月15日

# 第二章　谈判须知前附表

| 项目 | 内　　容 |
|---|---|
| 1 | 项目综合说明<br>1、项目名称：登封市2020年防疫应急保障设备结余资金采购项目<br>2、采购预算：1306940.00元<br>3、质量要求：合格<br>4、供货期限：合同签订后十个工作日内<br>5、设备保修期限要求：两年 |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起60日历天 |
| 4 | 谈判保证金金额：本项目不设谈判保证金。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2020年12月19日08时30分（北京时间）<br>上传响应文件要求：<br>使用登封市响应文件制作软件制作并上传加密版响应文件一份。<br>加密版响应文件上传到在登封市公共资源交易中心交易系统中。 |
| 6 | 开标时间：同响应文件上传截止时间<br>开标地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅。 |
| 7 | 采购控制价：本项目采购控制价为1306940.00元（大写：壹佰叁拾万零陆仟玖佰肆拾元整） |
| 8 | 1.其它：招标代理服务费按采购预算金额的1.5%，由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性足额支付。<br>2.本项目最终中标单位在领取中标通知书时，需向采购人提供经签字盖章后的纸质响应文件1正2副。 |


方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话：0371—86120855 邮箱：hnfdgl@163.com 网址：www.hnfdgl.com

# 一、总则

**1. 项目概况**

1.1 项目名称：登封市2020年防疫应急保障设备结余资金采购项目

1.2 资金来源：财政资金

1.3 采购人：登封市发展和改革委员会

1.4 供货期限：详见前附表

1.5 本次招标形式为竞争性谈判。

**2. 费用**

响应人承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和代理机构对上述费用均不负担任何责任。

**3. 定义及解释**

3.1 服务：系指谈判人按谈判文件规定而提供的服务。

3.2 采购人：登封市发展和改革委员会。

3.3 响应人：是指响应谈判、参加谈判竞争的法人单位。

3.4 谈判小组：是指依照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定组建的专门负责本次谈判活动工作的临时机构。

3.5 日期：指公历日。

3.6 谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报、邮件和传真发送。

**4. 合格的响应人：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、节能产品及环境标志产品优先采购、社会信用体系建设等；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备有效的营业执照，能满足合同规定的配送、销售和服务要求；具有履行合同所必须的设备、人员、专业等方面具备相应的技术能力；

（2）供应商须具有有效的《医疗器械经营企业许可证》；

（3）供应商须提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次采购活动；

注：本次招标实行资格后审，供应商应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对供应商的资格做最终认定，资格审查的具体要求见采购文件。资格后审不符合项目资格条件的供应商的投标将按废标处理。

# 二、谈 判 文 件

**5.谈判文件的组成**

5.1.谈判文件包括下列内容及按谈判须知第6条款内容发出的补充文件。

第一部分　竞争性谈判公告

第二部分　谈判须知前附表

一、总则

二、谈判文件

三、响应文件的编制

四、响应文件的递交

五、谈判和确定

六、合同授予

七、其他

第三部分　合同条款及格式

第四部分　采购需求

第五部分　技术标准和要求

第六部分　响应文件格式

5.2.谈判人应详细阅读谈判文件中的所有条款内容、格式、表格、图纸和所涉及的相关规范。如果响应人不按谈判文件的要求提交响应文件和资料的，或者响应文件没有对谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致响应文件不被接受，其后果由响应人自己负责。

**6.谈判文件的澄清**

6.1 响应人应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。

6.2 谈判文件的澄清应在递交响应文件截止期三个工作日前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各需要人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。

**7.谈判文件的修正**

7.1.在递交响应文件截止日前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可以用补充文件的方式修正谈判文件，并在“登封市公共资源交易中心网站”进行公布，不再另行通知，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。该补充文件将是构成谈判文件的一部分。

7.3.为使响应人有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，招标人可以酌情推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人。

7.4.当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、响应文件的编制

**8.一般说明**

8.1 语言

响应人提交的响应文件以及响应人与代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用中文。响应人提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

8.2 计量

在响应文件中以及所有响应人与代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

**9.响应文件**

响应人必须提供符合谈判文件要求的响应文件，应包括：

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、 分项报价表

五、技术偏离表

六、资格审查资料

七、供货、服务方案

八、其他资料

**10.报价**

10.1.**响应人对本项目通过资格性审查和有效性界定的供应商可以最终报价。**

10.2.如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.3.全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

**11.保证金**

本项目不设投标保证金。

**12.响应文件有效期**

12.1.响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件上传截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效；

12.2.如果出现特殊情况，采购人可要求响应人将有效期延长一段时间。这种要求和响应人的答复均应以书面形式进行。同意延期的响应人不需要也不允许修改其响应文件。

**13.响应文件的格式和签署**

13.1.响应文件以系统上传电子响应文件为准。

13.2.响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有响应人法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章。

# 四、响应文件的上传

**14.响应文件上传截止时间**

14.1.响应文件上传截止时间详见前附表（北京时间）。响应人须在本谈判文件规定的响应文件上传截止时间前将加密电子响应文件上传至登封市公共资源交易中心系统。

14.2.采购人可以根据发出谈判补充说明文件并酌情延长上传响应文件的截止期限。在上

述情况下，采购人与响应人在原上传响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的上传响应文件截止期。

14.3.对上传响应文件的截止期限以后上传的响应文件拒收。

14.4.在上传响应文件的截止期限之后，响应人不得对其响应文件做任何修改。

# 五、谈判和确定

**15.一般说明**

15.1 本次谈判在前附表规定的时间和地点进行。

15.2.响应文件有下列情形之一的，采购人和代理机构将不予受理

（1） 未按要求上传加密电子文件的。

**17.谈判程序**

（1） 递交响应文件截止，宣布谈判会开始。

（2） 公布投标人。

（3） 进行电子版响应文件解密。

（4） 谈判报价（通过资格性审查和有效性界定的供应商可以最终报价）。

**18.谈判**

18.1.谈判小组组成

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组成员为3人，其中在谈判前从《河南省政府采购招标评标专家库》中随机抽取专家2人，采购人代表1人。

18.2 资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | | 检查内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 响应人应符合的基本资 | （1)具有独立承担民事责任的能力 | 响应人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照复印件。 |
| | | （2）响应文件制作 | 满足竞争性谈判文件要求 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 格条件 | (3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商须提供 2019 年度经审计的财务报告(新成立企业从成立之日起计算)，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明 |
| | | (4)有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录 | 1、须提供 2020 年 06 月份（含 06 月）以来任意一个月缴纳的相关税收凭据(主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的供应商，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）；<br>2、供应商缴纳社会保障资金证明材料：提供 2020 年 06 月份（含 06 月）以来任意一个月缴纳社会保险凭据。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）； |
| | | （5)参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录的声明。 |
| | | (6)资格要求 | 供应商须具有有效的《医疗器械经营企业许可证》 |
| | | （7）技术标准和要求 | 符合第五章技术标准和要求的规定 |
| | | （8）信用查询 | 响应人须按谈判文件要求提供相关信用查询记录。 |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 2 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
| | | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明或法人授权委托书有效，且符合竞争性谈判文件规定的格式。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 响应文件格式 | 满足竞争性谈判文件要求 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 供货期限 | 满足竞争性谈判文件要求。 |
| | | 质量 | 满足竞争性谈判文件要求。 |
| | | 设备保修期 | 满足竞争性谈判文件要求。 |
| | | 投标有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

18.3.响应文件的有效性界定标准：

响应文件有下列情况之一者，不得进入谈判：

（1）响应文件制作机器码一致的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标报价高于招标控制价的；

18.4.响应文件的澄清

谈判委员会可以要求响应人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.5.谈判程序

（1）首先由谈判小组对响应单位的响应文件进行资格性审查和有效性界定，确定入选谈判的响应人名单；

（2）对通过资格性审查和有效性界定响应单位。谈判小组可根据需要对响应单位进行谈判或直接要求响应人进行最终报价，根据最终报价顺序，由低到高推荐 3 名成交候选人，并写出成交候选报告，谈判小组集体签字。

（3）**为贯彻落实郑财办购〔2012〕8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，促进中小型企业的发展，评审时对最终报价给予小型或微利企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与最终评审。监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。（财库〔2014〕68 号、财库〔2017〕141 号）**

18.6.谈判内容：谈判小组将在以下几个方面对响应人进行充分谈判。

（1）价格、供货期限等：谈判小组将在报价、供货期限等方面与响应人充分谈判。

18.7. 定标原则

竞争性谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性谈判响应单位的供货期限、

资信情况、服务承诺、履约能力、企业信用和报价（报价以最后一次报价为准）等进行综合分析评审。

谈判小组根据谈判结果，按照同等服务质量的前提下报价最低的原则确定成交单位，即符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的响应单位为中标单位。如果响应单位具有郑州市政府信用管理部门认可的的信用评价机构出具的信用报告（响应人为外地企业的，可以当地市级以上信用管理部门认可的信用评价机构出具，并经郑州市政府信用管理部门备案的信用报告为准），在同等质量、同等服务、同等价格的条件下以信用等级的高低优先考虑中标。如响应人的报价相同时，以响应人在同行业业绩及额外服务承诺为标准评判。

# 六、授予合同

**19.合同授予**

19.1 采购人根据评标委员会推荐的成交候选人确定排名第一的成交候选人为成交人。

19.2 本合同将授予经采购人确认的成交单位。

**20.成交通知**

20.1.在响应文件有效期内，以书面形式通知成交单位。

20.2.成交通知书是合同的组成部分。

20.3 若响应人未能或拒绝按本文件中签订合同的规定签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交单位。

20.4.对未成交的响应人，不作任何未成交原因的解释，所有响应文件不予退还。

**21.签订合同**

21.1.成交的单位收到成交通知书后，应在 15 日内与采购人签订合同，具体的合同条款待甲乙双方商定。

21.2.谈判文件、响应文件及谈判过程中产生的谈判记录及承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

21.3.如果成交单位不按其响应文件承诺、谈判文件和谈判期间的承诺签订合同，采购人将有充分理由另行选择成交单位。

# 七、其他

**22.招标代理费支付**

详见投标人须知前附表。

23.本谈判文件的解释权归招标人。

24.未尽事宜按国家有关规定执行。

# 第三章　合同条款

## 采 购 供 货 合 同

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

为维护本项目采购工作成果，依据《中华人民共和国合同法》、乙方成交的报价文件及售后服务承诺。经协商一致，双方在平等互利的基础上签订以下合同条款，以便履行。

**一、采购货物清单及付款方式**

1．采购货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置及技术参数 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合同价款大写： | | | | | | |

（合同价款包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

2．付款方式：甲方收到货物验收合格后，乙方应出具发票，甲方自收到发票之日起二十个工作日内一次性付清货款。

**二、交货时间及地点**

1．交货时间：合同签订后十个日历天。

2．交货地点：登封市区域内甲方指定的仓库。

**三、供需双方的权利义务以及供方对产品的质量保证**

1．甲方应当在到货后的十个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与中华人民共和国国家安全环保标准以及本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。如乙方所交付的货物不符合上述规定或者约定的，甲方有权拒收。

2.乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至双方再次共同验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

3．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

4．甲方有权监督乙方的售后服务，在乙方的售后服务不符合合同要求时，甲方有权指出并要求乙方加以改正，同时甲方保留追究乙方违约责任的权利；

5．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

6．甲方在乙方设备送达时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

7．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

8．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

9．乙方有权在对设备实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

10.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

11.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求；

12.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

13.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺；

14.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并负责做好入库工作；

15.乙方保证设备不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

**四、售后服务**

1.质量保证期：按照国家规定的质量保证期执行。

2.在货物质保期内，货物如果由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等方面的缺陷而发生的任何不足或故障的，乙方应在接到甲方通知后五个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，该费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长修补或更换部件的质量保证期。

3.对不符合本合同约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在一日内做出及时响应，在二日内赶到现场实地解决问题。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换并储备足够的零配件备库，消耗品的供应应由双方另行协商决定。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

**五、合同的生效**

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之

日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第四十九条、第五十条规定的情形外，甲、乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

**六、违约责任**

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起一个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价___1___%的违约金。

2.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_2_‰的违约金。如乙方逾期交货达三天，甲方有权利无条件解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4.其它未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**七、 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后三个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

**八、 争议的解决方式**

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对

货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

**九、其他**

1．本合同一式五份，甲方四份乙方一份，具有同等法律效力；

2．本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

年_____月_____日　　年_____月_____日

# 第四章　采购需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 便携式移动DR | 台 | |
| 2 | 数字心电图机 | 台 | |
| 3 | 除颤监护仪 | 台 | |
| 4 | 多参数监护仪 | 台 | |
| **注：**本项目采购总金额为：1306940.00元 | | | |

# 第五章 技术标准和要求

# 便携式移动DR参数

## 一、基本要求

设备满足各级医疗系统、慈善医疗机构疫情防控、野外作业、抗震救灾等急救医疗的摄影需求。为手术中、重症患者、骨科患者以及传染病人在隔离区内的X线摄影检查。

## 二、便携式高频X射线机

（一）基本要求：

整机十分小巧，整机重量轻，运输方便。

（二）设备技术参数要求

1.高压输出功率：≥5kW

2.管电压范围：40-110kV

3.摄影mA范围：32-100mA

4.曝光时间范围：0.01-6.3s

5.电流时间积范围：0.32-315mAs

6.逆变频率：≥30kHz

7.输入电源类型：220V

8.机头总量：≤21kg

9.具有机头把手

10.机头具有大尺寸LED触控屏（提供实物照片）

（1）其中关键、曝光、束光器照射野点亮功能皆可在触控屏中做相应操作

（2）曝光控制中的kV、mA、s、mAs即可在触控屏中调节

（3）触控屏中具有婴幼儿、瘦小、中等、肥胖四种体型选择

11.具有两种曝光模式：手闸曝光及触控屏界面式曝光

12.配备专用便携机架系统，配合完成相应检查

## 三、数字化X射线成像系统

（一）生产厂家资质

1.国家级高新技术企业

（二）技术参数要求

1.移动式非晶硅平板探测器

（1）探测器要求：整板非晶硅碘化铯

（2）视野范围：17×17英寸；

（3）采集像素矩阵：3072×3072；

（4）总像素值：≥900万

（5）像素尺寸：139μm
（6）极限空间分辨率：3.6LP/mm
（7）数据传输方式：无线传输；
（8）电池续航：8h
（9）电池数量：2块
（10）具有独立电池充电夹

2.图像采集工作站
（1）专业笔记本，尺寸：14英寸
（2）处理器：酷睿i5
（3）运行内存：8G
（4）硬盘：1TB（机械）+128GB（固态）
（5）全中文操作界面，标准DICOM3.0图像；
（6）检查管理功能：系统参数设定、曝光采集、自动图像处理等；
（7）图像浏览/处理功能：图像选择、裁剪、缩放、灰度调节、旋转、图像增强、组织均衡、降噪、灰度值拉伸；
（8）支持针对探测器图像采集的多点校正技术，保证图像采集精确，伪影自检处理功能，自动检测探测器图像采集残留信号，保证信号原始，智能视觉优化技术，智能识别显示器分辨率，自动调整图像视觉效果；
（9）具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察。
（10）支持激光打印机、激光相机胶片打印功能，DICOM接口；
（11）具备智能剂量控制功能
（12）具备探测器校准程序、系统故障报错功能、WORKLIST模块；
（13)接收SCP服务器,可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像；
（14）影像处理功能：窗宽窗位的调节、缩放处理、旋转、翻转、图像增强、反色、伪彩色显示、图像捕捉、序列同步、全部同步、图像保存、图像发送、胶片打印；

**注：供应商提供的笔记本计算机必须符合预装正版操作系统软件的要求，严禁提供未安装正版操作系统软件的计算机。**

# 数字心电图机技术参数及配置要求

## 一、技术参数

1、导联:同步12导联采集、显示和打印。

2、输入方式:浮地输入，具有抗除颤保护电路和起博脉冲电路检测功能。

3、显示:10英寸彩色液晶屏，像素800×480，屏幕可0-90度翻转，具有背景网格，12导联同屏显示。

4、全键盘输入，自带五笔，拼音输入法，可输入任意字母、汉字。

5、记录模式:自动12×1，6×2+1R，6×2，3×4+3R，3×4+1R、3×4。

6、灵敏度:2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV。

7、走纸速度:5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

8、输入回路电流:≤0.1μA。

9、共模抑制比:105dB。

10、噪声电平:≤15uVp-p。

11、时间常数:≥3.2s。

12、采样率:1000Hz/通道。

13、接口类型: USB master接口×1、USB slave接口×1、SD卡接口×1、LAN端口×1、等电位端子接口×1，患者导联线接口×1。

14、电源要求:交流:100-240V 50Hz，直流:内置可充电锂电池。

15、直流工作时间:大容量电池 4400mAh 电池充满后，直流状态下可待机12小时、持续打印时间不小于2小时，可持续打印500份心电图。

16、防电击程度:I类CF应用部分，有除颤起搏保护电路。

17、记录纸:支持卷纸和折叠纸,卷纸(210m*30M),折叠纸(210mm*295mn*100张)。

18、抗干扰滤波:

交流滤波:50Hz/60Hz/关闭

基线滤波:0.05Hz/0.16Hz/0.25Hz/0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz/关闭

肌电滤波:20Hz/25Hz/30Hz/35HZ/40Hz/45Hz/关闭

低通滤波:75Hz/100Hz/150Hz/关闭

19、记录方式:热点阵印字系统。

20、支持xml、pdf、bmp、jpg、 dicom格式的输出。

21、记录方式:具有自动记录、手动记录与节律记录，节律打印60秒，可打印RR间期趋势图及直方图。自动记录模式下，12×1简单模式打印时间5-60s可调。

22、支持实时采样，预采样，触发采样，周期采样。

23、屏幕支持睡眠功能。

24、USB SLAVE接口，可以连接心电工作站软件。

25、可连接打印机，用普通A4纸打印心电图。

26、数据模式:采集模式、演示模式、校准模式。

27、存储:标配8G的SD卡可存储10000组以上的心电图数据，可对存储图例进行波形回放打印。

28、心电图机软件程序可通过SD卡自动升级。

29、心电波形颜色可选。

30、可以进行联网，满足医院信息化需求。

31、电极脱落提示。

32、支持外接扫描枪。

**二、每套机器配置要求：**

| | |
|---|---|
| 1.主机 | 1台 |
| 2.导联线 | 1要 |
| 3.胸电极 | 6个 |
| 4.肢体电极 | 4个 |
| 5.电源线 | 1根 |
| 6.接地线 | 1根 |
| 7.纸轴 | 1个 |
| 8.打印纸 | 1卷 |
| 9.锂电池 | 1块 |

# 除颤监护仪技术参数及配置要求

## 一、技术参数：

1、具有除颤、AED、5导心电监护、打印及事件标记记忆功能，并可升级起搏、12导联心电、血氧饱和度、无创血压、EtCO2监护以及有创血压等升级功能。

2、彩色TFT显示屏≥7”，分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3、具备中文语言导航与报警，具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

4、防水抗震:IP32

5、除参数要求

5.1除颤技术:采用国际最新技术STAR™双相方波除颤技术，优化除颤能量系统对最大能量的精度控制，在多种环境下保证了对所有患者的有效救助；

5.2 58mm记录仪能打印或显示实际除颤能量、报警、人体阻抗、可设置的事件等急救生理参数；

5.3充电时间:充电至200J≦2.7秒，充电至360J≦4.5秒，除颤放电时间:40毫秒；

5.4除颤方式:AED、手动除颤、同步除颤，体外除颤能量2-360J共15级调节，能量设通过手柄按键设定；

5.5具备成人/儿童嵌入式体外除颤把手，设备能连接除颤起博多功能电极片；

5.6室颤监测:在AED或手动模式下，设备自带的VF/VT监测器确保可以快速可靠地监测到患者的心律失常状况。

6、起搏(选配)

6.1方式:按需起博(VVI），固定起博(VVO)；

6.2脉冲类型:矩形，恒流；

6.3 脉冲宽度:40 毫秒;

6.4 起搏最高电流:≦200 毫安;

6.5 起搏频率:30 到 200 次/分，精度±1bmp

7、心电监护功能

7.1 导联选择:5 导联;

7.2 心电幅度:2.5、5、10、20mm/mV、自动;

7.3 心率:15-300 次/分;

7.4 报警:心率超限、停跳、室颤、室速、各导联掉线监测;

8、事件存储系统能够存储＞10000 条事件，事件可在线或离线打印，也可通过 USB 导出，导出的数据可以在电脑上生成 PDF 文档。

9、可充电电池，支持 200 次以上 200J 除颤。

10、同屏显示 12 道心电图:医师可以获得干预前及干预后的准确信息。12 道诊断质量心电图具有起搏器检测功能，在患者带有植入式起搏器情况下，也可获得准确的监护信息。

11、带有控制功能的人体工程学除颤手柄上直接设定除颤电击能量，充放电触发，配合语音指导，在紧急状况下无须通过面板按键即可进行操作。

**二、每套机器配置要求**

1. 除颤主机(双相波)1 台
2. 5 导 ECG 导联线 1 根
3. 体外除颤手柄 1 套
4. 电源线 1 根
5. 打印纸 5 卷(内置打印机)

# 多参数监护仪技术参数及配置要求

**技术参数：**

**1、整机要求**

1.1 适用于成人、儿童、新生儿

**2、屏幕显示**

2.1 彩色液晶显示屏，屏幕大小≥12.1 英寸；

2.2 高分辨率，至少为 800×600；

2.3 波形显示通道数≥8，可升级 10 通道波形显示，波形颜色与位置可调；

2.4 具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、它床观察、NIBP 回顾等多种显示界面；

2.5 可选扩展显示接口，实现双屏显示功能。

**3、临测功能**

3.1 标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉博、双通道体温监测； 3.2 可选配呼气末二氧化碳等高端参数。

**4、心电规格**

4.1 三/五导联自动切换；

4.2 具有 7 导联心电同屏显示；

4.3 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰；

4.4 具有心电级联功能；

4.5 心率测量范围:10～350bpm；

4.6 心率测量精度:±1%或±1bpm，取大者。

**5、呼吸规格**

5.1 监测方法:阻抗法

5.2 呼吸监测范围:0～150bpm

5.3 呼吸监测精度:±2bpm

**6、血氧饱和度规格**

6.1 数字式血氧，抗运动、抗弱灌注

6.2 具有脉搏调制音功能

6.3 血氧饱和度监测范围:0～100%

6.4 血氧饱和度测量精度:±2%(70%-100%，成人/小儿，非运动状态)

6.5 可选配 Nellcor 血氧技术，可升级灌注指数波形

6.6 可选配 Masimo 血氧技术，可升级灌注指数及灌注变异指数等监测参数

**7、脉搏规格**

7.1 脉率测量范围:25bpm～250bpm

7.2 脉率测量精度:±1%或±1bpm，取大者

**8、无创血压规格**

8.1 测量范围:成人 10-270mmHg；小儿 10-235mmHg；新生儿 10-135mmHg

8.2 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

8.3 测量模式:手动、自动、快速(STAT)

**9、体温规格**

9.1 双通道体温监测，具有温差显示

9.2 测量范围:0～50℃

9.3 精度:±0.1℃

**10、操作方式**

10.1 夜光按键和旋钮操作

10.2 中/英文操作界面

**11、报警**

11.1 声光双重三级报警

11.2 L 型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

**12、数据存储**

12.1≥1000小时趋势图表存储与回顾功能

12.2≥100分钟重点心电监护导联波形存储回放功能

12.3具有报警回顾功能，可存储≥128组报警事件

12.4具有无创血压测量回顾功能，可存储≥1000组无创血压测量数据

**13、联网功能**

13.1可通过有线、无线和混联方式联入中央机

**14、电池**

14.1锂电池，单个电池供电时间≥240分钟

**15、记录仪**

15.1可选配内置记录仪

15.2三通道记录，三档走纸速度可选

**16、计算功能**

16.1具有药物浓度、血液动力学计算功能

16.2具有心率变异分析、动态血压分析功能

**17、质量保证体系**

具有ISO9001、ISO13485质量体系认证和CE认证、FDA认证

**二、每套机器配置要求：**

1、主机1台 2、电池1块 3、心电电缆及延长线1条

4、心电电极片(成人)10片 5、血氧探头及延长线(成人)1套

6、血压袖带及PVC气管(成人)1套 7、电源线1条

**附件1:**

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**注：响应单位声明为中小企业的，必须提供由中小企业主管部门出具的中小企业证明材料。**

**附件2:河南省政府采购信用担保试点工作**

**专业担保机构联系方式**

**一、中国投资担保有限公司**

联系人：余青　　手机：13910324084

联系电话：（010）88822652

传　　真：（010）68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层

**二、河南省中小企业担保集团股份有限公司**

联系人：李广达　　手机：13903839877

联系电话：（0371）86122082　86179782

传真：（0371）86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

**附件3：政府采购履约担保函格式**

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为的《_____政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，供应商在____年月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完供货期限限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调节书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商达的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

附件4：

# 登封市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与登封市政府采购活动！

政府采购合同融资是登封市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购[2018]4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可以郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。

# 第六章　响应文件格式

_____（项目名称）

# 投标文件

项目编号：

投 标 人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子签章）

日　　期：_____年 _____月 _____日

# 目　　录

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、 分项报价表

五、技术偏离表

六、资格审查资料

七、供货、服务方案

八、其他资料

# 一、投标函及开标一览表

## 1.1 投标函

致：_____采购人_____：

我们收到了_____（项目名称）_____的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1.愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为：_____(人民币大写)_____元/批，明细见“投标分项报价表”。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的各项要求。

3.我方承诺投标有效期为_____，并在采购文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.我们愿提供采购文件中要求的所有文件资料，供货期为_____日历天。

5.我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6.我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料。

7.我们愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8.一旦我方中标，我方同意按照国家相关规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

9.与本投标有关的正式通讯地址：

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

地　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

**注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。**

## 1.2 开标一览表

| | | |
|---|---|---|
| 项目名称 | | |
| 供应商名称 | | |
| 设备投报单价 | 便携式移动 DR | 大写：<br>小写：_____ 元/台 |
| | 数字心电图机 | 大写：<br>小写：_____ 元/台 |
| | 除颤监护仪 | 大写：<br>小写：_____ 元/台 |
| | 多参数监护仪 | 大写：<br>小写：_____ 元/台 |
| 设备投报总价<br>（即所投报设备单价之和） | 大写：<br>小写：_____ 元/批 | |
| 供货期 | | |
| 投标质量 | | |
| 质量保修期 | | |
| 交货地点 | 采购人指定地点 | |
| 投标有效期 | | |
| 其他声明 | 注：本项目为单价招标，各供应商在系统内提交该项目第二轮报价时，须在备注栏内逐条列明每项设备第二轮报价。 | |

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（企业电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 三、法定代表人授权委托书

致：_____采购人

兹授权 _____（姓名）代表我公司参加贵公司组织的招投标活动。

该被授权委托代理人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权委托代理人姓名：_____性别：_____年龄：

职务：_____身份证号：

授权权限为：本项目投标及履约期间。

本授权书有效期限为：_____，特此声明。

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人：_____（个人电子章）

委托代理人：_____（ 签 字 ）

日期：_____年_____月_____日

**注：附被授权委托代理人身份证复印件、劳动合同及社保证明复印件。**

# 四、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携式移动DR | | | |
| 2 | 数字心电图机 | | | |
| 3 | 除颤监护仪 | | | |
| 4 | 多参数监护仪 | | | |
| 投标总价（大写）： | | | | |

**注：上述单价包含包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用，投标人可根据实际需要自行调整表格。**

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 五、技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格求 | 投标规格 | 偏离说明 | 偏差描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |

说明：

1、请在该表左列列明采购文件要求的招标规格，在右列投标规格对相应的内容进行填报；

2、在“偏离说明”一栏中供应商应对所投产品的技术参数与采购文件的要求进行对比，如无偏离请填写“无偏离” 字样，如有偏离请注明“正偏离”字样；

3、“偏差描述”一栏中由供应商对所投产品的技术性能对应采购文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格由供应商自行添加或调整。

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 六、资格审查资料

**（一）基本情况表**

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td><td>员工总数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>网址</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

**注：供应商根据采购文件相关要求在本表后附相关证明材料。**

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

**（二）近年完成的类似项目情况表**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 采购单位名称 | |
| 采购单位联系人及电话 | |
| 合同价格 | |
| 项目概况及供应商履约情况 | |
| 备注 | |

**注：1、附相关业绩证明（合同协议书）等资料的扫描件。**

**2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附本表后。**

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日

**（三）正在供货和新承接的项目情况表**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 采购单位名称 | |
| 采购单位联系人及电话 | |
| 签约合同价 | |
| 项目概况及供应商履约情况 | |
| 备注 | |

**注：供应商根据采购文件相关要求在本表后附相关证明材料，如没有则填“无”。**

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或其委托代理人：_____（个人电子章）

日　　期：_____年_____月_____日



方大国际工程咨询股份有限公司 FANGDA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING GORP.,LTD. | 地址：郑州市郑东新区康宁路与普济路交会处德威广场12层 电话：0371—86120855 邮箱：hnfdgl@163.com 网址：www.hnfdgl.com

**（四）财务审计报告**

供应商须提供2019年度经审计的财务报告(新成立企业从成立之日起计算)，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明

**（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**（格式自拟，加盖企业电子签章）**

（六）

1、须提供 2020年06月份（含06月）以来任意一个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的供应商，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）；

2、供应商缴纳社会保障资金证明材料：提供 2020年06月份（含06 月）以来任意一个月缴纳社会保险凭据。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

**（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式）**

项目名称：_____：

致：_____（采购人）_____：

_____（供应商名称）_____郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动的记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供 应 商：_____（企业电子签章）

日　　期：_____年_____月_____日

（八）供应商须提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次采购活动；

# 七、服务方案

# 八、其他资料

**（供应商认为应附的其他资料，格式自拟）**

**附件一：**

**代理服务费承诺函**

致（采购人及采购代理机构）　：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____）中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账或现金方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用（如若逾期，愿意接受每逾期一天，向贵公司按照代理服务费百分之一的标准支付滞纳金）。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：_____（企业电子章）

法定代表人或授权代表：_____（个人电子章）

日期：_____年____月____日

**附件二：**

中小企业声明函格式（非中小企业不用填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

**注：供应商声明为中小企业的，中标后必须提供中小企业相关证明材料，否则将取消中标资格。**

**中小企业应当符合以下条件：**

**1、符合中小企业划分标准；**

**2、提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。**