

单一来源采购专业人员论证意见表

专业人员姓名	张春燕	职称	副主任
工作单位	河南省中医院		
采购单位	登封市人民医院		
项目名称	登封市人民医院购置超声内镜图像处理装置及消化内镜医疗设备采购项目		
采购内容	超声内镜图像处理装置一套及消化内镜两条		
拟定供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专业 人员 论证 意见	采购项目的市场分析： 消化内镜的诊断及治疗技术飞跃发展。早期筛查和各种内镜下如ESD、POEM等手术需要配备各种先进的内镜设备。开展这些技术可以获得良好的社会效益。服务患者。		
	提出单一来源供应商的理由： 该医院已拥有OLYMPUS 290主机，再购置该公司的具有弱放大功能和治疗镜以及超声内镜主机及探头，具有良好的兼容性。探头共有。超声探头只有OLYMPUS公司拥有。		
	专业人员签字： 张春燕 <div style="text-align: right;">2018年8月9日</div>		

备注：采用单一来源采购方式的，采购人应至少聘请3名专业人员进行论证，每名专业人员应分别填写《单一来源采购专业人员论证意见表》。

单一来源采购专业人员论证意见表

专业人员姓名	郭胜利	职称	副主任医师
工作单位	河南省人民医院		
采购单位	登封市人民医院		
项目名称	登封市人民医院购置超声内镜图像处理装置及消化内镜医疗设备采购项目		
采购内容	超声内镜图像处理装置一套及消化内镜两条		
拟定供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专业 人员 论证 意见	<p>采购项目的市场分析：</p> <p>消化道肿瘤发病率居高不下，发病人数居恶性肿瘤之首。早发现早治疗是降低死亡率之根本，即消化内镜是胃肠道早期发现的必需工具，超声内镜可评估肿瘤的分期，为进一步治疗提供依据。另外超声内镜对黏膜下病变的鉴别诊断非常关键，将双镜内镜可以达成一镜双镜的目的。</p>		
	<p>提出单一来源供应商的理由：</p> <p>目前，登封市人民医院的内镜主机是奥林巴斯 CV-290 型数字高清电子胃肠镜，与之相匹配的只能是奥林巴斯超声内镜，因为不同厂家的产品不能相互兼容。</p>		
	<p>专业人员签字：</p> <p style="text-align: center;">郭胜利</p> <p style="text-align: right;">2018年8月9日</p>		

备注：采用单一来源采购方式的，采购人应至少聘请 3 名专业人员进行论证，每名专业人员应分别填写《单一来源采购专业人员论证意见表》。

单一来源采购专业人员论证意见表

专业人员姓名	徐刚	职称	副主任医师
工作单位	郑州大学第二附属医院		
采购单位	登封市人民医院		
项目名称	登封市人民医院购置超声内镜图像处理装置及消化内镜医疗设备采购项目		
采购内容	超声内镜图像处理装置一套及消化内镜两条		
拟定供应商名称	河南康桥科技有限公司		
专业 人员 论证 意见	采购项目的市场分析： 目前消化道疾病谱已发生变化，同时大家对早癌的识别也进一步提高。为了适应病人的要求及提高现有技术水平，需采购必要的内镜设备。		
	提出单一来源供应商的理由： 登封市人民医院已拥有奥林巴斯 CV-290 超声内镜系统。且目前奥林巴斯的超声内镜系统具有很好的质量及完善的售后服务体系。其它公司无法兼容现有系统。		
	专业人员签字：徐刚 <div style="text-align: right;">2018年8月9日</div>		

备注：采用单一来源采购方式的，采购人应至少聘请3名专业人员进行论证，每名专业人员应分别填写《单一来源采购专业人员论证意见表》。

登封市公共资源交易中心

专家论证人员签到表

项目名称：登封市人民医院购置超声内镜图像处理装置及消化内镜医疗设备采购项目

项目名称	登封市人民医院购置超声内镜图像处理装置及消化内镜医疗设备采购项目		论证时间	2018年8月9日上午09时30分	
招标人	登封市人民医院		论证地点	登封市公共资源交易中心第三评标室	
姓名	职务(职称)	单位名称	身份证号	联系方式	
徐刚	副主任医师	郑州大学第二附属医院	41282319730211001X	15903694682	
张春燕	副主任医师	河南省中医院	532901196802040046	13373926712	
祁鹏刚	副主任医师	河南省人民医院	412825197908134932	15938796209	